



«شرایط عمومی مناقصه»

۱. رعایت شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های صادره از سوی مراجع ذیصلاح قانونی الزامی می باشد.
۲. داشتن شرایط و صلاحیت لازم برای انجام پروژه مذکور از مراجع ذیربط. (ارائه گواهی تأیید صلاحیت معتبر)
۳. واریز مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال سپرده نقدی به حساب سپرده شماره ۲۱۷۰۶۰۰۴۴۴۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه گلپاد تبریز یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به نام اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی.
۴. به تقاضاهای فاقد امضا، مخدوشی، مشروط، مبهم، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در آگهی باشد یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵. قیمت اعلام شده تحت عنوان قیمت نهایی در نظر گرفته خواهد، لذا کسورات قانونی اعم از مالیات، بیمه و ... طبق قوانین و مقررات جاری پرداخت خواهد شد.
- تبصره: با توجه به آنکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (در صورت تعلق) به عهده کارفرما می باشد، لذا از محاسبه مبلغ مورد نظر در آنالیز پیشنهادی قیمت جداً خودداری گردد.
۶. هزینه آگهی دو نوبت در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
۷. شرکت کنندگان می بایست پیشنهادهای خود را در یک بسته شامل سه پاکت مجزا (الف، ب و ج) به شرح ذیل تسلیم نمایند.
 - پاکت «الف»: سپرده نقدی واریزی به حساب اداره کل (نسخه صاحب حساب) یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه پاکت «ب»:
 - تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه، آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات ثبتی در مورد دارندگان حق امضا مجاز برای اسناد مالی و تعهد آور.
 - سوابق مناقصه گر مربوط به قراردادهای منعقد شده مرتبط با موضوع در سایر ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی.
 - تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا تعهد آور و شناسه ملی یا کد ملی شرکت پاکت «ج»: برگه پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه



شرایط خصوصی:

۱. کلیه پیشنهادهای ارائه شده برای بند ۱ اشاره شده در شرایط فنی مناقصه، باید با در نظر گرفتن یک ایستگاه کامل تک آنالایزره باشد.
۲. پیشنهاد دهنده می بایست، برای دستگاه های اشاره شده در بند ۲ شرایط فنی کلیه لوازم و شرایط مورد نیاز را جهت ارتباط بر خط با دستگاه مورد اشاره در مواقع لازمه پیش بینی نماید.
۳. مدل کلیه آنالایزرهای پیشنهادی می بایست توسط EPA به لحاظ ساخت و کارکرد (روش آنالیز، دامنه آنالیز و ...) تایید شده باشند و مراتب در سایت EPA قابل ردیابی باشد لازم به ذکر است انطباق روش آنالیز دستگاه با روش استاندارد آنالیز اعلامی از سوی EPA به تنهایی در تایید فنی دستگاه کفایت نمی نماید بلکه تنها زمانی که مدل دستگاه در سایت EPA تایید شده باشد، دستگاه به لحاظ فنی مورد تایید می باشد.
۴. دسترسی به اطلاعات ایستگاهها به صورت **web base** بدون نیاز به نرم افزار خاص ترجیحا بصورت دیتای تجمیعی امکان پذیر باشد.
۵. جهت جلوگیری از بروز آسیب به آنالایزر ها می بایست، ایستگاه مجهز به **UPS** و استابیلایزر باشد.
۶. گارانتی دستگاه به مدت ۳ سال بوده و تامین قطعات یدکی و مصرفی در طول دوره گارانتی به عهده فروشنده خواهد بود. خدمات پس از فروش به مدت حداقل ۵ سال توسط فروشنده تعهد گردد.
۷. نصب و راه اندازی دستگاه و آموزش بهره برداری توسط فروشنده تعهد گردد.
۸. دارا بودن سابقه نصب و راه اندازی ایستگاه مشابه با مشخصات موضوع مناقصه حداقل به مدت دو سال شمسی الزامی است.

شرایط فنی:

ردیف	نوع دستگاه	توضیحات
۱	دستگاه اندازه گیری ذرات PM10 با کلیه متعلقات و لوازم مورد نیاز جهت نصب و بهره برداری ایستگاه + متعلقات هواشناسی	دارای حداقل سه سال گارانتی (مشروط به تایید کارکرد و مدل دستگاه توسط EPA)
۲	دستگاه HIGH VOLUME SAMPLER (نمونه گیر تجمعی ذرات با حجم بالا) + کلیه لوازم مورد نیاز برقراری ارتباط با دستگاه	دارای حداقل سه سال گارانتی (مشروط به تایید کارکرد و مدل دستگاه توسط EPA)